

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Solicitante <i>Applicant</i>	Saldanha Rodrigues Ltda CNPJ nº 03.426.484/0002-04 Rodovia BR-463 – Km 105,6 – Zona Rural CEP.: 79.900-000 – Ponta Porã – Mato Grosso do Sul – Brasil	
Fabricante <i>Manufacture</i>	S.R. Productos Para La Salud S.A. RUC nº 80053294-5 Calle Saldanha Rodrigues PY nº 1855 Pedro Juan Caballero - Departamento de Amambay – Paraguay	
Produto <i>Product</i>	Seringa Estéril de Uso Único para Insulina. <i>Marca Comercial: SR</i>	
Normas <i>Standards</i>	ABNT NBR ISO 8537:2012 - Seringa estéreis de uso único, com ou sem agulha, para insulina.	
Regulamento <i>Regulation</i>	Seringas hipodérmicas estéreis de uso único Portaria INMETRO 503 de 29 de dezembro de 2011 Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade	
Informações Adicionais <i>Additional Information</i>	Conforme página 2 deste documento	
Data da Auditoria <i>Audit Date</i>	Auditoria recertificação realizada em 23, 24 e 25 novembro.2017 Auditoria de análise de documentos em 09.janeiro.2020	
Nº Certificado <i>Certificate #</i>	L-258	Emissão Inicial: 05/03/2018 <i>First Concession:</i>
Validade do Certificado <i>Expiry Certificate Date</i>	05/03/2018 – 04/03/2023	

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address



Reginaldo Maia
Diretor Presidente

Barueri, 14/02/2020

A validade deste certificado de conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The validity of this Certificate is tied to the carrying out assessments maintenance and treatment of possible non-compliance in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To check the updated condition of regularity of this Certificate must be obtained from the product database and Certificate Services Inmetro.

BRTÜV Avaliações de Qualidade Ltda. Al. Madeira, 222 – 3º andar 06454-010 – Barueri – SP – Brasil www.brtuv.com.br



Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 à 2
Certificate valid accompanied only from pages 1 to 2
Pg.: 1 de 2 - Rev.:01 – 14/02/2020

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado L-258
Certificate #

Validade 04/03/2023
Expiry Date

Informações Adicionais
Additional Information

SERINGA INSULINA 1ML – U100 - LUER SLIP – COM AGULHA CPE-005-18.SRPARAGUAI.E562 (19.01.2018) – CEPROMED (CRL0701) CPE 285-18.SRPARAGUAI.F358 - revisão 01 - (19.10.18) – CEPROMED (CRL0701)	MODELO DE AGULHA APROVADA 0,33X13 30G1/2"; 0,45x13 26G1/2"; 0,55X20 24G3/4"; 0,6X25 23G1"; 0,7X25 22G1"; 0,7X30 22G1 1/4";
	ACESSORIOS Protetor Dispositivo de Segurança
SERINGA INSULINA 1ML – U100 - LUER LOCK – COM AGULHA CPE-006-18.SRPARAGUAI.E609 (19.01.2018) – CEPROMED (CRL0701) CPE 286-18.SRPARAGUAI.F445 - revisão 01 - (19.10.18) – CEPROMED (CRL0701)	SEM AGULHA
SERINGA INSULINA 1ML – U100 LUER SLIP - SEM AGULHA CPE-004-17.SRPARAGUAI.E535 (18.01.2018) – CEPROMED (CRL0701) CPE 283-18.SRPARAGUAI.F381 - revisão 01 - (19.10.18) – CEPROMED (CRL0701)	ACESSORIOS Protetor Dispositivo de Segurança
SERINGA INSULINA 1ML – U100 LUER LOCK - SEM AGULHA CPE-003-17.SRPARAGUAI.E469 (18.01.2018) – CEPROMED (CRL0701) CPE 284-18.SRPARAGUAI.F443 - revisão 01 - (19.10.18) – CEPROMED (CRL0701)	

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address

Revisão	Data de revisão	Descrição
0	05/03/2018	Emissão inicial
1	14/02/2020	Inclusão da Saldanha Rodrigues Ltda / Manaus / AM - CNPJ: 03.426.484/0001-23, como Solicitante junto a Saldanha Rodrigues Ltda - SR - Filial de Ponta Porã - MS - CNPJ: 03.426.484/0002-04 que é a atual solicitante do certificado.



Reginaldo Maia
Diretor Presidente

Barueri, 14/02/2020

A validade deste certificado de conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The validity of this Certificate is tied to the carrying out assessments maintenance and treatment of possible non-compliance in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To check the updated condition of regularity of this Certificate must be obtained from the product database and Certificate Services Inmetro.

